

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(7172)727-132 Киргизия +996(312)96-26-47

Эл. почта: mdj@nt-rt.ru || Сайт: <https://minimed.nt-rt.ru/>

Технические характеристики



Биоскан, тест-полоски

ТУ 9398-007-33020495-2006
 РУ № ФСР 2012/13011 от 01.02.2012 г. (Биоскан - глюкоза)
 ТУ 9398-013-33020495-2008
 РУ № ФСР 2008/03574 от 05.11.2008 г. (Биоскан - кетоны)
 ТУ 9398-010-33020495-2006
 Р

Предназначены для ориентировочного визуального (по цветовой шкале) экспресс-анализа мочи человека. Представляют из себя полоски из белого пластика с индикаторным элементом. Используются как медицинским персоналом, так и самими пациентами в порядке самоконтроля. Упаковка 100 шт.

Артикул	Наименование	Цвет индикатора	Шаг измерения	Время реакции
12006401	Биоскан - глюкоза	желтый	0...50...100...300...1000 мг/100 мл	2 мин.
12006403	Биоскан — кетоны	белый	0...5...10...40...100 мг/100 мл	2 мин.
12006407	Биоскан — глюкоза, кетоны	желтый (глюкоза) белый (кетон)	глюкоза: 0...50...100...300...1000 мг/100 мл	2 мин.
			кетон: 0...5...10...40...100 мг/100 мл	2 мин.
12006400	Биоскан — белок	светло-желтый	0...10...30...100...500 мг/100 мл	1 мин.
12006413	Биоскан — белок, pH	светло-желтый (белок) оранжевый (pH)	белок: 0...10...30...100...500 мг/100 мл	1 мин.
			pH: 5...6...7...8...9	10 сек.
12006402	Биоскан — глюкоза, белок, pH	желтый (глюкоза) светло-желтый (белок) оранжевый (pH)	глюкоза: 0...50...100...300...1000 мг/100 мл	2 мин.
			белок: 0...10...30...100...500 мг/100 мл	1 мин.
			pH: 5...6...7...8...9	10 с.
12006405	Биоскан — пента	слабо-желтый (скрытая кровь) белый (кетон) желтый (глюкоза) светло-желтый (белок) оранжевый (pH)	эритроциты: 5-10...50...250 Ег/мкл	1 мин.
			гемоглобин: 0...5...50...250 Ег/мкл	1 мин.
			кетон: 0...5...10...40...100 мг/100 мл	2 мин.
			глюкоза: 0...50...100...300...1000 мг/100 мл	2 мин.
			белок: 0...10...30...100...500 мг/100 мл	1 мин.
			pH: 5...6...7...8...9	10 сек.
12006406	Гемоскан	слабо-желтый (скрытая кровь)	эритроциты: 5-10...50...250 Ег/мкл	1 мин.
			гемоглобин: 5...50...250 Ег/мкл	1 мин.
12006408	Биоскан — pH	оранжевый	5...6...7...8...9	10 сек.